

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

- Οι φιάλες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ και να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 200bar και η πίεση δοκιμής 300bar.
- Θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα κλείστρα ασφαλείας και σημάψεις (χρωματισμό και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και το αέριο που περιέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα (Υπουργική Απόφαση Α.Π. Β 10451/929/88, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Τ.Ο. ΤΕΕ 2491/86, ΕΛΟΤ EN 1089-3).
- Οι φιάλες θα σημανθούν με την ένδειξη «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ» με μπλε/μαύρη ανεξίτηλη βαφή

Ζητείται ο ακόλουθος τύπος φιαλών:

Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου 5 λίτρων με αυτόματο κλείστρο με ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής

- Φιάλη αλουμινίου καινούριας κατασκευής (*έτος κατασκευής 2023 ή μεταγενέστερο*), πιστοποιημένη και κατάλληλη για ιατρικό οξυγόνο, με αυτόματο κλείστρο με ενσωματωμένα: μανόμετρο ένδειξης πίεσης (ένδειξη περιεχομένου φιάλης), μειωτή πίεσης, ρυθμιστή ροής 0-15lt/min με ανάλογη ένδειξη, έξοδο ροής κατάλληλη για σύνδεση ρινικού καθετήρα ή μάσκας οξυγόνου, ανεπίστροφη βαλβίδα ασφαλείας (ελάχιστης εναπομένουσας πίεσης). Το κλείστρο θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα με χειρολαβή μεταφοράς.
- Όγκος: 5 λίτρα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους τον προσφερόμενο τύπο φιάλης και τις πιστοποιήσεις των φιαλών (πιστοποιήσεις κατασκευαστικού οίκου). Το αυτόματο κλείστρο θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο ετών από τον κατασκευαστή (να κατατεθεί με την προσφορά). Επίσης, στην προσφορά θα δηλώνεται η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις προδιαγραφές, καθώς και ο χρόνος παράδοσης των φιαλών μετά την παραγγελία (όχι μεγαλύτερος των πέντε εβδομάδων).

Ο Συντάξας

Κων/νος Αγγελάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ