

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ

1. Να είναι προεμποτισμένα απολυμαντικά μαντηλάκια, έτοιμα προς χρήση, για καθαρισμό και απολύμανση μη επεμβατικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και επιφανειών
2. Να έχουν ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα δράσης έναντι: Gram (+) και Gram (-) βακτηρίων, μυκοβακτηριδίων, ζυμομυκήτων και μυκήτων, ιών, σπορίων (συμπεριλαμβανομένου του *Clostridioides difficile*) και η αποτελεσματικότητα να τεκμηριώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα EN αντίστοιχα για το δηλούμενο φάσμα δράσης
3. Να πετυχαίνουν σποροκτόνο δράση σε χρόνο επαφής όχι μεγαλύτερο των 5 λεπτών
4. Να είναι απαλλαγμένα από αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο
5. Να είναι συμβατά με επιφάνειες και υλικά όπως: μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ανοξείδωτο ατσάλι, επιφάνειες θερμοκοιτίδων, κεφαλές υπερήχων, οθόνες και λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
6. Να είναι χαμηλής οσμής και να μην αφήνει ορατά υπολείμματα
7. Να συνοδεύεται από το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο και δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS)
8. Να διαθέτει άδεια διάθεσης ως βιοκτόνο στην ελληνική αγορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία