ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΕΣ

ΤΕΣΤ **πρόωρης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων (PROM)**.

Το τεστ να είναι σε μορφή κασέτας **για ασφάλεια και ευκολία στην χρήση**

Η συσκευασία να αποτελείται από τον στειλεό για την λήψη του δείγματος το ειδικό buffer και την κασέτα για την τοποθέτηση του δείγματος και την ανάγνωση του αποτελέσματος.

Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της **IGFBP-1** στις τραχηλοκολπικές εκκρίσεις.

Το όριο ανίχνευσης να είναι 25ng/ml και άνω.

Να υπάρχει η δυνατότητα συλλογής του δείγματος με ή χωρίς κολποδιαστολέα.
Εάν δεν υπάρχουν ορατές εκκρίσεις, το δείγμα να μπορεί να ληφθεί από τον τράχηλο

Να έχει 99,0% ευαισθησία και 99,9% ειδικότητα.

Χρόνος αποτελέσματος 5 λεπτά

Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος

Να είναι αποστειρωμένο σε θήκη αλουμινίουκαι να διατίθεται σε ατομική συσκευασία εντός κουτιού μεμονωμένο